



November 25<sup>th</sup>, 2014

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** CD13

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for EO sterilization processes. (Roll per 750 double adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por OE. (Rollo de 750 etiquetas doble adhesivo). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD13251114

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 11.2014

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 11.2019

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 600 mg/l de EO, 60 % RH, 30 °C, 30 min. // 600 mg/l de OE, 60 % HR, 54 °C, 20 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** The product batch **CD13251114** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD13251114** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO