

December 9th, 2025**Product code / Código de producto:** CD13**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for EO sterilization processes (750 double self-adhesive labels per roll), type 1 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador químico para procesos de esterilización por OE (rollo de 750 etiquetas, doble autoadhesivo), tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B50724**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-11-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-10-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 600 mg/l EO, 60 % RH, 37 °C, 25 min. // 600 mg/l OE, 60 % HR, 54 °C, 20 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standard. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50724** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B50724** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO