

May 7th, 2026**Product code / Código de producto:** CD16**Product description / Descripción de producto:** Multivariable process indicator for EO sterilization processes (punched double card strips). Type 4 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador de proceso multivariable para procesos de esterilización por OE (tiras dobles pre-troqueladas). Tipo 4 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60198**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-04-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-03-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 600 mg/l EO, RH 60%, 30 °C, 30 min. // 600 mg/l EO, RH 60%, 54 °C, 20 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60198** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60198** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S. A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO