

May 20<sup>th</sup>, 2026**Product code / Código de producto:** CD17**Product description / Descripción de producto:** Chemical indicator for EO sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll), type 1 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador químico para procesos de esterilización por OE. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas), tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60222**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-05-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-04-30**Transition color / Color de transición:** Turns to orange/ Vira a naranja.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 600 mg/l EO, 60 % RH, 54 °C, 20 min // 600 mg/l EO, 60 % RH, 37 °C, 25 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B60222** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60222** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO