



03-2014

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD202

Product description / Descripción de producto: Multiparameter indicator for Steam sterilization processes. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por Vapor. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD202032014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 03.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 03.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to BLACK / Vira a NEGRO.

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min, 121 °C // 3.5 min, 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD202032014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD202032014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.
Lip. Adrian Rovetto
DIRECTOR TECNICO