



TERRAGENE

Innovation in technologies for sterilization and disinfection control



November 14th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD202

Product description / Descripción de producto: Multiparameter indicator for Steam sterilization processes. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por Vapor. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de lote: CD202131114

Manufacture date / Fecha de fabricación: 11.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 11.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min, 121°C / 3.5 min, 134°C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP and ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **CD202131114** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2009 / El lote de producto **CD202131114** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO