

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 28th, 2017Product code / código de Producto: CD202

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Steam sterilization processes (punched double card strips). Type 4 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Vapor (tiras dobles pre-troqueladas). Tipo 4 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD202130617Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-06Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min, 121 °C // 3.5 min, 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD202130617** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD202130617** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO