

January 19th, 2022**Product code / Código de producto:** CD202**Product description / Descripción de producto:** Multivariable process Indicator for Steam sterilization processes (punched double card strips). Type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Multivariable de proceso para procesos de esterilización por Vapor (tiras dobles pre-troqueladas). Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B10690**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-01**Transition color / Color de transición:** Turns to Black / Vira a Negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 15 min, 121 °C // 3.5 min, 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B10690** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B10690** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO