



December 23rd, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD203

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Steam sterilization processes. (Roll per 750Vself-adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. (Rollo de 750 etiquetas autoadhesivas). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de lote: CD203221214

Manufacture date / Fecha de fabricación: 12.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 12.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black / Vira a Marrón Oscuro/Negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C // 2.0 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP and ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **CD203221214** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2009 / El lote de producto **CD203221214** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO