

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 26<sup>th</sup>, 2017

Product code / Código de producto: CD203

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Steam sterilization processes. (750 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. (Rollo de 750 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD203081117

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-11

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-11

Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black / Vira a Marrón Oscuro/Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD203081117** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CD203081117** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.

  
TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO