Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 5th, 2017

Product code / código de Producto: CD210

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Tubes for Steam sterilization control. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Tubos químicos Multi-variable para control de esterilización por Vapor. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de lote: CD210110716

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-07

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2018-07

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: for fluid steam sterilization processes at 126 ºC, 10 minutes // 121 ºC, 15 minutes. BLACK SPOT. / Para esterilización de fluidos por vapor a 126 ºC, 10 minutos // 121 ºC, 15 minutos. PUNTO NEGRO.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD210110716** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD210110716** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO