TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

28-04-2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD22

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator strip for steam sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD22012014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira al negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 ℃/ 2.0 min., 134ºC.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. /Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD22012014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD22012014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Terragene S.R.L.
Güemes 2879 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel.: +54 341 4362015 / 4306245 / 4300446 / 4300616
www.terragene.com.ar