TERRAGENE

Innovation in technologies for sterilization and disinfection control

July 14th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD22

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Steam sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD22090616

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-06

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-06

Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 ºC // 2.0 min., 134 ºC.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD22090616** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD22090616** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO