



June 30th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD220

Product description / Descripción de producto: Chemical Tubes for Steam Sterilization Control.
Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Tubos químicos para control de esterilización por Vapor. Clase 4
(EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD220300614

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: for use in steam autoclaves working at 134 °C for 3 to 3.5 min. YELLOW SPOT. / Para ser usados en autoclaves de vapor a 134 °C por 3 a 3.5 min. PUNTO AMARILLO.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD220300614** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD220300614** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO