Terragene®

# Product Quality Certificate
# Certificado de Calidad de Producto

Rev. 07 | 02.2021

July 16th, 2021

**Product code / Código de producto:** CD23

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Steam sterilization processes (750 double self-adhesive labels per roll), type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor (rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo), tipo 1 (conforme ISO 11140-1).

**Batch number / Número de lote:** B10325

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-07

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-07

**Transition color / Color de Transición:** Turns to dark brown. / Vira a marrón oscuro.

**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B10325** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B10325** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com