

December 9th, 2025**Product code / Código de producto:** CD23**Product description / Descripción de producto:** Chemical indicator for steam sterilization processes (750 double self-adhesive labels per roll), type 1 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador químico para procesos de esterilización por vapor (rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo), tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B50725**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-11-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-10-31**Transition color / Color de transición:** Turns to dark brown. / Vira a marrón oscuro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50725** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B50725** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO