



31-05-2010

# TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

## Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

**Product code / Código de Producto:** CD26

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for steam sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009)/ Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD26 05.2010

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 05.2010

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 05.2015

**Transition color / Color de Transición:** Turns to orange/ Vira al anaranjado

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min., 121°C/ 2.0 min., 134°C,  
STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **CD26 05.2010** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD26 05.2010** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y

  
TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO