



08-08-11

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**Product code / Código de Producto:** CD26**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for steam sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009)/ Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)**Batch number / Número de Lote:** CD26 08.2011**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 08.2011**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 08.2016**Transition color / Color de Transición:** Turns to orange/ Vira al anaranjado**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min., 121°C/ 2.0 min., 134°C,
STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD26 08.2011** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD26 08.2011** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO