# Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 6th, 2018

**Product code / Código de producto:** CD28

**Product description / Descripción de producto:** Documentation System Labels. Chemical Indicator for Steam sterilization processes (1000 double self-adhesive labels per roll). Type1 (ISO 11140-1:2014). / Etiquetas para Sistema de Documentación. Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor (Rollo de 1000 etiquetas dobles autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

**Batch number / Número de lote:** CD28060418

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2018-04

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2023-04

**Transition color / Color de transición:** Turns to Green. / Vira a Verde.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min., 121 ºC // 2 min., 134 ºC.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD28060418** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CD28060418** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO