Product Quality Certificate
Certificado de Calidad de Producto

Rev. 06 | 02.2021

February 07th, 2024

Product code / Código de producto: CD28

Product description / Descripción de producto: Documentation System Labels. Chemical Indicator for Steam sterilization processes (1000 double self-adhesive labels per roll), type 1 (ISO 11140-1). / Etiquetas para Sistema de Documentación. Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor (Rollo de 1000 etiquetas dobles autoadhesivas), tipo 1 (ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B40043

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-01

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-01

Transition color / Color de transición: Turns to green. / Vira a verde.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B40043 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto B40043 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com