

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 23rd, 2017**Product code / código de Producto:** CD29

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Steam sterilization processes (punched double card strips). Type 4 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Vapor (tiras dobles pre-troqueladas). Tipo 4 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD29150217**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-02**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-02**Transition color / Color de Transición:** Turns to Black / Vira a Negro.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD29150217** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD29150217** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO