

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 17th, 2019Product code / Código de Producto: CD29

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Steam sterilization processes (punched double card strips). Type 4 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Vapor (tiras dobles pre-troqueladas). Tipo 4 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD29070819Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-08Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-08Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD29070819** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD29070819** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO