

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 07th, 2020Product code / Código de Producto: CD29

Product description / Descripción de producto: Multivariable Process Indicator for Steam sterilization processes (punched double strips). Type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico Multivariable para procesos de esterilización por Vapor (tiras dobles troqueladas). Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD29270720Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-07Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-07Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira a negro.Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD29270720** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto **CD29270720** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO