

January 5th, 2023**Product code / Código de Producto:** CD29**Product description / Descripción de producto:** Multivariable Process Indicator for Steam sterilization processes (punched double strips). Type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico Multivariable para procesos de esterilización por Vapor (tiras dobles troqueladas). Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B20670**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-01**Transition color / Color de Transición:** Turns to black / Vira a negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B20670** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto **B20670** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO