

May 12<sup>th</sup>, 2026**Product code / Código de producto:** CD29**Product description / Descripción de producto:** Multivariable process indicator for steam sterilization processes (punched double strips). Type 4 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador químico multivariable para procesos de esterilización por vapor (tiras dobles troqueladas). Tipo 4 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60213**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-04-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-03-31**Transition color / Color de transición:** Turns to black / Vira a negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standard. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B60213** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60213** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO