



06-07-10



**TERRAGENE**

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** CD32

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator strip for dry heat sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con Indicador Químico para procesos de esterilización por calor seco. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD32 020710

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 07.2010

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 07.2015

**Transition color / Color de Transición:** Turns to black / Vira al negro

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 20 min., 160 °C. DRY

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **CD32 020710** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD32 020710** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO