



23-11-11

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD32

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator strip for dry heat sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con Indicador Químico para procesos de esterilización por calor seco. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD32122011

Manufacture date / Fecha de fabricación: 12.2011

Expiration date / Fecha de vencimiento: 12.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira al negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 30 min., 160 °C. DRY

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD32122011** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD32122011** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO