Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

April 24th, 2020

Product code / código de Producto: CD37

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes, 1000 self-adhesive labels per roll. Type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Calor Seco, rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas. Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD37090420

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-04

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-04

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 40 min, 160 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch CD37090420 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto CD37090420 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO