TERRAGENE

Innovation in technologies for sterilization and disinfection control

June 15th, 2015

## Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

**Product code / código de Producto:** CD40

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for $H_2O_2$ plasma or vapor sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma o vapor de $H_2O_2$. Clase1 (EN ISO 11140-1:2009).

**Batch number / Número de lote:** CD40030615

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 06.2015

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 06.2020

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 6 min., 50 ºC, 2,3 mg/l $H_2O_2$ // 10 min., 27 ºC, 2,3 mg/l $H_2O_2$.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD40030615** metes the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD40030615** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO