TERRAGENE

Innovation in technologies for sterilization and disinfection control

December 23rd, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD40

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for H_2O_2 plasma or vapor sterilization processes. Type 4 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma o vapor de H_2O_2. Type 4 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD40061115

Manufacture date / Fecha de fabricación: 11.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 11.2020

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 ºC, 2,3 mg/l H_2O_2 // 10 min., 27 ºC, 2,3 mg/l H_2O_2.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD40061115** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD40061115** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO