# Product Quality Certificate
# Certificado de Calidad de Producto

Rev. 08 | 02.2021

July 18th, 2023

**Product code / Código de producto:** CD40

**Product description / Descripción de producto:** Multivariable Process Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes, type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador de Proceso multivariable para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno, tipo 4 (conforme ISO 11140-1).

**Batch number / Número de lote**: B30305

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-07

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-07

**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.

**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 6 min., 50 °C, 2,3 mg/l $H_2O_2$

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B30305** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B30305** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com