

January 19<sup>th</sup>, 2026**Product code / Código de producto:** CD40**Product description / Descripción de producto:** Multivariable process indicator for plasma or vaporized hydrogen peroxide sterilization processes, type 4 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador de proceso multivariable para procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno, tipo 4 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60006**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-01-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-12-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 6 min., 50 °C, 2,3 mg/l H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standard. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B60006** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60006** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO