



27-09-2012

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**Product code / Código de Producto:** CD42**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator strip for VH2O2 sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con Indicador Químico para procesos de esterilización por VH2O2. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)**Batch number / Número de Lote:** CD42092012**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 09.2012**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 09.2017**Transition color / Color de Transición:** Turns to yellow/ Vira a amarillo**Process specification / Especificaciones de proceso:** 6 min. 50 °C, 2,3 mg/l / 10 min. 27 °C, 2,3 mg/l.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD42092012** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD42092012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Revetto
DIRECTOR TÉCNICO