

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 05<sup>th</sup>, 2019

Product code / Código de producto: CD42

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD42270519

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-05

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-05

Transition color / Color de transición: Turns to Yellow / Vira a Amarillo.

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD42270519** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CD42270519** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO