

March 11th, 2025**Product code / Código de producto:** CD42**Product description / Descripción de producto:** Chemical Process Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes, type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico de Proceso para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno, tipo 1 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B50100**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-03-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-02-28**Transition color / Color de transición:** Turns to yellow. / Vira a amarillo.**Endpoint condition / Condición del punto final:** 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50100** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B50100** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO