



10/04/14

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD43

Product description / Descripción de producto: Chemical indicator strip for VH202 sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con indicador químico para procesos de esterilización por VH202. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD43100414

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l // 10 min., 27 °C, 2.3 mg/l.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP, EN ISO 11140-1:2009 and EN ISO 10993-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, EN ISO 11140-1:2009 y EN ISO 10993-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD43100414** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD43100414** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO