



May 24th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD43

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for H₂O₂ plasma or vapor sterilization processes (Roll per 750 double self-adhesive labels). Type 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma o vapor de H₂O₂ (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de lote: CD43100516

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-05

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-05

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂ // 10 min., 27 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD43060516** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD43060516** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO