



November 29th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD43

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for H₂O₂ plasma or vapor sterilization processes (Roll per 750 double self-adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma o vapor de H₂O₂ (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD43271114

Manufacture date / Fecha de fabricación: 11.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 11.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 minutes, 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂ // 10 minutes, 27 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD43271114** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD43271114** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO