

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 18th, 2017Product code / código de Producto: CD43

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes (750 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD43220917Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-09Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-09Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD43220917** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD43220917** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO