

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 1st, 2020Product code / Código de producto: CD43

Product description / Descripción de producto: Chemical indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes (750 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador químico para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD43240920Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-09Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-09Transition color / Color de transición: Turns to Green / Vira a Verde.Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD43240920** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **CD43240920** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO