

February 11th, 2026**Product code / Código de producto:** CD48**Product description / Descripción de producto:** Documentation system labels. Chemical indicator for plasma or vaporized hydrogen peroxide sterilization processes (1000 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (according to ISO 11140-1:2014) / Etiquetas para sistema de documentación. Indicador químico para procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno (Rollo de 1000 etiquetas dobles autoadhesivas). Tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60080**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-01-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-12-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.**Process specifications / Especificaciones de proceso:** 6 min. 50 °C. 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60080** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60080** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO