

February 20<sup>th</sup>, 2026**Product code / Código de producto:** CD48**Product description / Descripción de producto:** Documentation system labels. Chemical indicator for plasma or vaporized hydrogen peroxide sterilization processes (1000 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (according to ISO 11140-1:2014) / Etiquetas para sistema de documentación. Indicador químico para procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno (Rollo de 1000 etiquetas dobles autoadhesivas). Tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60096**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-02-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-01-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.**Process specifications / Especificaciones de proceso:** 6 min. 50 °C. 2.3 mg/l H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B60096** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60096** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO