TERRAGENE

Innovation in technologies for sterilization and disinfection control

May 28th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD50

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes .Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Formaldehido. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de lote: CD50280515

Manufacture date / Fecha de fabricación: 05.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 05.2020

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 30 min., 70 ºC, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD50280515** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD50280515** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO