

January 27<sup>th</sup>, 2026**Product code / Código de producto:** CD50**Product description / Descripción de producto:** Multivariable chemical indicator for formaldehyde sterilization processes. Type 4 (according to ISO 11140-1:2014 standard).  
/ Indicador químico multivariable para procesos de esterilización por formaldehído. Tipo 4 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B50707**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-12-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-11-30**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.**Endpoint condition / Condición del punto final:** 30 min., 60 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B50707** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B50707** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.

  
**TERRAGENE S.A.**  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO