Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 2nd, 2016

Product code / código de Producto: CD57

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehido. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CD57230517

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-05

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-05

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 ºC, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD57230517** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD57230517** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO