# Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 10th, 2018

**Product code / Código de producto:** CD57

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehido. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

**Batch number / Número de lote:** CD57170818

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2018-08

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2023-08

**Transition color / Color de transición:** Turns to Green / Vira a Verde.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 15 min., 70 ºC, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD57170818** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD57170818** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO