

March 9th, 2026**Product code / Código de producto:** CD57**Product description / Descripción de producto:** Chemical indicator for formaldehyde sterilization processes, (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador químico para procesos de esterilización por formaldehído, (rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60128**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-06-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-05-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.**Endpoint condition / Condición del punto final:** 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60128** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60128** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

