Product Quality Certificate
Certificado de Calidad de Producto

Rev. 04 | 06.2021

December 22nd, 2021

Product code / Código de producto: CD77

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Gamma Radiation sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Radiación Gamma. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: B10637

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2021-12

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2026-12

Transition color / Color de Transición: Turns to Red / Vira a Rojo.

Process specification / Especificaciones de proceso: ≥10 kGy.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B10637** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **B10637** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com