

April 24th, 2026**Product code / Código de producto:** CD77**Product description / Descripción de producto:** Chemical indicator for Gamma radiation sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador químico para procesos de esterilización por radiación Gamma. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60221**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-03-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 3031-02-28**Transition color / Color de transición:** Turns to red / Vira a rojo.**Process specification / Especificaciones de proceso:** ≥10 kGy.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60221** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60221** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO