

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 8th, 2018**Product code / Código de producto:** CDPCD2X12/P**Product description / Descripción de producto:** Helix Process Challenge Device CHEMDYE® TERRAGENE® / Sistema CHEMDYE® TERRAGENE® de desafío de procesos de esterilización tipo Hélix.**Batch number / Número de lote:** CDPCD2X12PA052018**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2018-05**Shelf-life / Período de vida útil:** 250 cycles. / 250 ciclos.**Resistance verification / Verificación de resistencia:** 20 minutes at 134 °C / 20 minutos a 134 °C.

Quality control procedure showed no cracks in the device, maintaining its structural integrity / El procedimiento de control de calidad no mostró fisuras en el dispositivo, manteniéndose su integridad estructural.

STRUCTURAL COMPONENTS / COMPONENTES ESTRUCTURALES**Plastic capsule/ Cápsula de plástico:** 60 mm length and 8 mm internal diameter / 60 mm de longitud y 8 mm de diámetro.**Plastic tube / Tubo plástico:** 1.2 m length and 2 mm internal diameter / 1.2 m de longitud y 2 mm de diámetro interno.**Special silicone connector / Conector de silicona especial:** 30 mm length and 2 mm internal diameter / 30 mm de longitud y 2 mm de diámetro.**Black connector / Conector negro:** 30 mm length and 2 mm internal diameter / 30 mm de longitud y 2 mm de diámetro.

CONCLUSION: The product CDPCD2X12/P batch **CDPCD2X12PA052018** meets the specifications of the requirements of the Company's Quality Management System standards (13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012). / El producto CDPCD2X12/P lote **CDPCD2X12PA052018** cumple con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa (13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012).



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO